Struers
Ensuring Certainty

技術データ
AbraPlan-30

		アブラプラン-30
	カタログ番号:	06296129, 06296146
円板	直径	356 mm (16")
	速度	1450 rpm
	回転方向	反時計回転
	モーター出力	
	モーター出力、連続、S1	4.0 kW
	最大(S3)	N/A (該当なし)
試料回転ヘッド	単独試料	
	加圧力	N/A (該当なし)
	試料の高さ	N/A (該当なし)
	試料ホルダー	
	直径	最大200 mm
	加圧力	50 ~ 700 N (10 ~ 150 lbf)
	速度	170 rpm
	回転方向	反時計回転
	モーター出力	0.37 kW (0.5 hp)
	トルク	17 Nm
機能	材料除去センサー(内蔵)	
オプション	自動供給、最大7ポンプ	N/A (該当なし)
	透明カバー	N/A (該当なし)
	安全カバー	N/A (該当なし)
	パトライト	06296900
	循環冷却装置	06296929, 06296946, 06296954
ソフトウェアと電子機器	コントロール	タッチパッド、多機能ノブ/プッシュ
	ディスプレイ	LCD、TFT-カラー5.7"、320 x 240ドット、LED バックライト
安全規格		「適合宣言」を参照
動作環境	環境温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
	湿度	< 85 % RH (結露なきこと)

Struers
Ensuring Certainty

技術データ

AbraPlan-30

		アブラプラン-30
電源供給	電圧/周波数	3 x 200 ~ 240 V (50 ~ 60Hz), 3 x 380 ~ 480 V (50 ~ 60Hz)
	電源インレット	3 相 (3L + PE)
	電力、定格負荷	4.5 kW (5.4 Hp)
	電力 (無負荷)	N/A (該当なし)
	電流、定格負荷	15.4 A , 9.1 A
	電流 (最大)	30 A , 20.5 A
給水	圧力、水道水	1 ~ 4 bar (14.5 ~ 58 psi)
	最小水量	4.5 l/min
エアー供給	圧力、圧縮空気	6 ~ 9.9 bar (87 ~ 145 psi)
	エアー流量/消費	30 ℓ/min (8 gpm)
	エアー品質	空気供給は ISO 8573-1 で規定されたクラス 6.8.4 以上でなければなりません
排気	推奨容量	50 m³/h (1750 ft³/h)
安全回路カテゴリ/パフォーマンスレベル	非常停止	PL c, カテゴリ 1 ストップカテゴリ 0
	ワークゾーンインターロック	PL b, カテゴリ b ストップカテゴリ 0
	ワークゾーンインターロックのロック	PL a
残留電流遮断器 (RCCB)		タイプ B、30 mA (以下) が必要
ノイズレベル	仕事場におけるA特性放射音圧レベル	LpA = 64.6 dB(A) 測定値.不確定値 K =4 dB
振動レベル	宣言された振動放射	本体上部の総合的な振動暴露が 2.5 m/s2 を超えないこと。
寸法と質量 (カバー/安全カバー有り)	幅	84.7 cm (33.3")
	奥行き	99.0 cm (38.9")
	高さ - カバーを閉じた状態/カバーを開けた状態	156.5 cm (61.6")/187.5 cm (73.8")
	重量	400 kg (882 lbs)

資料番号: 16297750_A_ja
発行日:2022.01.28